油類混入水

・ガソリン、軽油、灯油などが混入した水し試料をパージ・トラップ法で分析し、そのパターンで汚染物質を確認できます。
検出器は FID と PID を使用。